

T.C
MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-83
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 13.01.2022

Sayın

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 1kalem ÜROFLOWMETRE KAVANOZU ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 19.01.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Uzm. Dr. Güntekin ÇALIŞKAN
Başhekim

ÜROFLOWMETRE KAVANOZU ALIMI

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	ÜROFLOWMETRE İDRAR KAVANOZU KAPAKSIZ 1000 ML	5	Adet		
Toplam :					

FİRMA-KAŞE
İMZA

ÜROFLOWMETRE İDRAR KAVANCI (KAPAKSIZ 1000 ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tam şeffaf olmalıdır.
- 2- 1000 ml hacminde olmalıdır.
- 3- 56 gr olmalıdır.
- 4- Üçgen ölçülerinde olmalıdır.
- 5- Ölçüleri: Yükseklik :15,5 cm, Genişlik:11 cm, Alt:8,5 cm olmalıdır.
- 6- 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır.
- 7- Aymed marka Uroscan model Üroflow Transducer kullanımına uygun olmalıdır.
- 8- Numune görülüp denedikten sonra kabulü yapılacaktır.
- 9- UBB kodu bulunmalıdır.

MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dış Tel No: 312 382 35 647

MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ
Üroloji Uzmanı
Dış Tel No: 312 382 35 647