

T.C
MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-2011
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 27.06.2022

Sayın

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 1kalem GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 04.07.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Uzm.Dr. Özgür Ozan KARAK
Başhekim

GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU ALIMI

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU	5	ADET		
				Toplam :	

FİRMA-KAŞE
İMZA

DEFİBRİLATÖR CİHAZI İÇİN GEÇİCİ PACE MAKER ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Nihon Kohden Marka Defibrilatör cihazında kullanılacaktır ve Pace adaptör kablosu ile uyumlu olması gerekmektedir.
- 2- Teklif edilecek Elektrodlar yetişkin hastalarda kullanılacaktır.
- 3- Pace Elektrodu hasta vücuduna yapıştıktan sonra en az 24 saat kalabilmelidir.
- 4- Elektodlar Pace Maker, Defibrilasyon, AED Defibrilasyon, EKG Monitorizasyonu ve senkronize kardiyoversiyon amaçlı olarak çok yönlü kullanılabilir.
- 5- Elektrodların bozulmasını önleyecek ve jelin kurummasını sağlayacak özel steril koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
- 6- Elektrodlar doğal kauçuk lateks madde içermemelidir.
- 7- Teklif edilecek ürünün ÜTS kaydı olmalıdır belgelendirilmelidir.
- 8- Ürünün en az 2 yıl miadı olmalıdır.
- 9- Ürünün varsa SUT kodu belgelendirilmeli SGK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
- 10- Teklif veren firmaların ÜTS kaydı olmalı belgelendirilmelidir.

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Savaş ERİŞ
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 99311192 Uzm. No: 06594

Mersin Toros Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Barış KÖSE
Dip. Tes. No: 111778
Acil Tıp Uzmanı

Nazan ALTAY
Anestezi Teknikeri

(N) Altay