

T.C  
MERSİN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934- 2443  
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 29.08.2022

Sayın .....

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 1kalem MİNDRAY ANESTEZİ CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 05.09.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Op.Dr. Özgür Ozan KARAK  
Başhekim

**MİNDRAY ANESTEZİ CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA ALIMI**

Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	ANESTEZİ CİHAZI (MİNDRAY) ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	2	ADET		
Toplam :					

FİRMA-KAŞE  
İMZA

## Anestezi Cihazı Şarj Edilebilir Batarya Teknik Şartnamesi

- 1- Mindray marka, WATO EXPO 65 PRO model anestezi cihazının orijinal, şarj edilebilir bataryası olacaktır.
- 2- Batarya en az 1 yıl garantili olacaktır.
- 3- Ürünün CE Belgesi bulunmalıdır.
- 4- Teklif sırasında numune verilecek ve sorumludan uygunluk alındıktan sonra malzemenin kabulü yapılacaktır.

Turgay Arslan

Mersin Toros Devlet Hastanesi  
Merve KARAKUŞLU-ÜSOY  
Biyomedikal Mühendisi  
SÖNİM MM25