

T.C
MERSİN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 44897958/934-2952
Konu : Yaklaşık Maliyet/Son Teklif

Tarih : 20.10.2022

Sayın

Hastanemizin ihtiyacı olan ekte cins ve miktarı yazılı 1kalem DELİCİ ATAÇMAN DÜZ ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca temin edilecektir. Bu iş için K.D.V. hariç Yaklaşık Maliyet Son Teklif Birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 28.10.2022 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Op.Dr. Özgür Ozan KARAK
Başhekim


DELİCİ ATAÇMAN DÜZ ALIMI


Sıra	Malın/İşin Cinsi	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	DELİCİ ATAÇMAN DÜZ	1	ADET		
				Toplam :	

FİRMA-KAŞE
İMZA

PERFORATÖR ATAÇMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilecek ataçman kliniğimiz demirbaşında bulunan Anspach marka eMax 2 Plus model yüksek devirli drill sistemi ile tam uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilen ataçman kliniğimizdeki sistem ile aynı firmanın üretimi ve orijinal olmalıdır.
- 3- Ergonomik, hafif ve kullanımı kolay olmalıdır.
- 4- Ataçman, Hudson uçlu perforatör uçlarını kullanabilmeli ve burr-hole açmak için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
- 5- Ataçman uyumlu uç ile kullanıldığında delme işlemini kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmeli, delme işlemi sonunda dura tabakasına zarar vermeden kendiliğinden otomatik olarak durmalıdır.
- 6- Teklif edilecek ataçman yüksek devirli motora hiçbir ara bağlantı gerektirmeden direkt bağlanabilmelidir.
- 7- Ataçman bağlandığı zaman yüksek devirli motorun uyguladığı hızı yaklaşık 1/60 oranında düşürmelidir.


Mersin Toros Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa TÜRKALP
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 55936


Mersin Toros Devlet Hastanesi
Op. Dr. Adnan KÖROĞLU
Beyin Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 48235